

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Nhà Bè có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Sửa chữa thay thế, bảo trì Hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Nhà Bè.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Nguyễn Thanh Nghiệp - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán.
 - Số điện thoại: 028 37816571; địa chỉ email: thanhnghiep28121985@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bao gồm Bảng giấy và File điện tử
 - Bảng giấy (có ký tên, đóng dấu): Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện huyện Nhà Bè – phòng Tài chính kế toán, 281A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh;
 - File Word, Excel: Nhận qua email: lequoclands@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 09 tháng 04 năm 2024 đến trước 17h ngày 19 tháng 04 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ (Đính kèm).
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại Bệnh viện huyện Nhà Bè, địa chỉ: 281A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 04 năm 2024.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản 100%.
- Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hàng hóa).

Nhà Bè, ngày 08 tháng 04 năm 2024 M



TS. CH. Nguyễn Hòa Thảo

YÊU CẦU BẢO GIÁ
Gửi thầu Sửa chữa thay thế, bảo trì Hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo năm 2024
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền	Ghi chú
1	Kiểm tra bảo trì định kỳ hệ thống R.O và thiết bị rửa màng lọc thận Tây rửa khử khuẩn: <ul style="list-style-type: none">- Tây rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O- Tây rửa khử khuẩn hệ thống ống cấp nước R.O- Quy trình áp dụng: Quyết định 2482/QĐ – BHYT- Hóa chất sử dụng CLEAN. PRO B-1, (dùng trong tẩy rửa thực phẩm): thành phần là nước Javel (Sodium Hypochlorite NaClO 5-6%, nồng độ pha loãng 0,2%)- Thiết bị kiểm tra: máy đo hàm lượng Chlorine 2 trong 1 (đo hàm lượng Chlorine dư và hàm lượng Chlorine tổng), tiêu chuẩn CE ; ISO 9001 : 2008	Lần	4			
2	Tây rửa khử khuẩn: <ul style="list-style-type: none">- Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo”, hoặc chứng chỉ “sử dụng trang thiết bị y tế an toàn cho bệnh nhân lọc máu”	Lần	4			

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền	Ghi chú
3	<p>Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm vi sinh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mẫu tổng số vi sinh vật sống: 02 mẫu (01 mẫu cuối đường hồi lưu và 01 mẫu đầu vào máy thận) - Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BHYT) - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (qui định BHYT) - Chi phí bao gồm: chai lọ đựng mẫu chuyên dụng, sử dụng 01 lần, thùng bảo quản mẫu giữ lạnh < 10°C, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm Nghiệm - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo” 	Lần	4			
4	<p>Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm nội độc tố</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mẫu nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin): 02 mẫu (01 mẫu cuối đường hồi lưu và 01 mẫu bất kỳ tại đầu vào trước máy thận). - Xét nghiệm theo ngưỡng giới hạn - Nơi gửi mẫu: Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Tp HCM hoặc Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BHYT) - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 (qui định BHYT) - Chi phí bao gồm: chai lọ đựng mẫu chuyên dụng, sử dụng 01 lần, thùng bảo quản mẫu giữ lạnh < 10°C, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm Nghiệm - Người thực hiện có chứng chỉ: “thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo” 	Lần	4			

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền	Ghi chú
5	<p>Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm hóa lý</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mẫu xét nghiệm 23 thành phần hóa học: 01 mẫu (lấy mẫu cuối đường hồi lưu) - Nơi gửi mẫu: Viện Y Tế Công Cộng Tp HCM (đơn vị thuộc BYT) - Tiêu chuẩn áp dụng: ANS/AAAMI 13959:2014 (qui định BYT) - Chi phí bao gồm: chai lọ đựng mẫu chuyên dụng, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm Nghiệm - Người thực hiện có chứng chỉ: "thực hành tẩy trùng hệ thống R.O và lấy mẫu xét nghiệm nước R.O Thận Nhân Tạo" 	Lần	1			
6	<p>Thay lõi lọc phân tử 5 micron</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén - Kích thước lõi thăm 5 micron, Φ63mm, dài 508mm - Số lượng thay cho mỗi lần là 04 cái 	Cái	8			
7	<p>Thay lõi lọc vi sinh 0,2 micron</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén - Kích thước lõi thăm 5 micron, Φ63mm, dài 508mm - Số lượng thay cho mỗi lần là 03 cái 	Cái	12			
8	<p>Muối hoàn nguyên hạt lọc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muối sấy tinh không i-od - Dạng hạt mịn màu trắng - Công thức hóa học NaCl - Số lượng: 20 kg /lần - Xuất xứ: VIỆT NAM - Vận chuyển, bóc xếp muối đến vị trí 	Lần	12			
9	Bóng đèn UV (diệt khuẩn trên đường nước R.O cấp đến máy thận)	Cái	1			

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền	Ghi chú
10	Bóng đèn UV (diệt khuẩn trong bồn chứa nước R.O cấp đến máy thận)	Cái	1			
11	Dây ống tin hiệu áp	Mét	20			
12	Khớp nối nhanh màu xanh	Cái	8			
13	Van điện từ Φ 3/4 và Φ 25	Cái	8			
14	Van nước (Van khóa cấp nước)	Cái	8			
15	Van điện từ Φ 3/4 và Φ 25	Cái	8			
16	Van nước (Van khóa cấp nước)	Cái	8			
17	Thùng chứa nước (chứa hóa chất khử trùng màng lọc)	Cái	1			
Tổng cộng: 17 khoản						