

PHỤ LỤC
MẪU YÊU CẦU BẢO GIÁ VÀ BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế)
YÊU CẦU BẢO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Nhà Bè có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế bổ sung phục vụ khám chữa bệnh (lần 1) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Nhà Bè.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Nguyễn Thanh Nghiệp - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán.
 - Số điện thoại: 028 37816571; địa chỉ email: thanhnghiep28121985@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bao gồm Bảng giấy và File điện tử
 - Bảng giấy (có ký tên, đóng dấu): Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện huyện Nhà Bè – phòng Tài chính kế toán, 281A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh;
 - File Word, Excel: Nhận qua email: thanhnghiep28121985@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 27 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 06 tháng 10 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế (Đính kèm).
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại Bệnh viện huyện Nhà Bè, địa chỉ: 281A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2023.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản 100%.
- Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hàng hóa).

Nhà Bè, ngày 26 tháng 9 năm 2023



Bs. CKII. Nguyễn Hữu Thức



YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Băng dán Optiskin	Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật, gây mê; hộp/50 miếng	2	hộp	
2	Bộ dẫn lưu áp lực âm 400ml	Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật	5	bộ	
3	Chỉ caesorb 0/0	Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) "Hoặc tương đương" số 0/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong vòng 30 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.	30	tép	
4	Chỉ caesorb 1/0	Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) "Hoặc tương đương" số 1/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong vòng 30 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.	30	tép	

5	Chi caesorb 3/0	Chi tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) "Hoặc tương đương" số 3/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Chi giữ vết khâu tốt trong vòng 30 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.	30	tép	
6	Chi chromic 0/0	Chi tan chậm tự nhiên Chromic Catgut "Hoặc tương đương" số 0/0, dài 75 cm; kim tròn 1/2c, dài 40 mm, giữ vết khâu tốt từ 14-21 ngày, thời gian tan hoàn toàn: ≤ 90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ. Được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng	24	tép	
7	Chi thép có kim	Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật	5	Tép	
8	Chi trustilen 3/0	Chi không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 3/0, dài 100 cm; kim tròn thân to 1/2c, dài 40 mm. Sợi chi tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.	30	Tép	

9	Chi trustilen 1/0	Chi không tan tổng hợp sợi (Polypropylene) số 1/0, dài 100 cm; kim tròn thân to 1/2c, dài 40 mm. Sợi chi tròn đều, ít nhớ hình, dễ uốn, đàn hồi tốt, giữ vết khâu vĩnh viễn, không gây kích ứng mô. Được đóng gói tiệt trùng EO từng tép.	30	tép	
10	Chi VICRYL 8/0	Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật; dùng trong khoa mắt	36	sợi	
11	Dầu oliu	Dùng trong xoa bóp, YHCT	8	lít	
12	Gạc dẫn lưu 1x200 cm	Gạc dẫn lưu ≥ 1 cm x 200cm x 4 lớp được làm từ vải không dệt thành phần nguyên liệu gồm Polyester và Rayon (hoặc Viscose), để thấm hút dịch vết thương, không mùi, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO.	100	cuộn	
13	Garô chỉnh hình chi trên, chi dưới	Dùng trong chỉnh hình; loại chi trên 02, chi dưới 02	4	cuộn	
14	Giấy quỳ thử pH	Dùng trong sản khoa	1	hộp	
15	Kim gãy tê 25G	Dùng gây tê trong phẫu thuật, thủ thuật	20	cây	

16	Kim gậy tê 27G	Dùng gậy tê trong phẫu thuật, thủ thuật	100	cây	
17	Kim gậy tê đám rối thần kinh	Dùng gậy tê trong phẫu thuật, thủ thuật	1	hộp	
18	Kim lấy máu Lancet	Được sản xuất từ thép không gỉ, đầu mũi kim được vát nhọn. Tiệt trùng từng cây. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	1.000	cái	
19	Mask thanh quản I-gel 2 nòng (số 3, số 4)	Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật	2	Cái	
20	Penrose	Dùng trong phẫu thuật, thủ thuật	10	miếng	
21	Que thử thai Quickstick	Chẩn đoán mang thai, định tính hCG trong nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO	500	test	
22	Vòng đeo tay bệnh nhân màu hồng	Dùng nhận diện người bệnh	200	sợi	
23	Vòng đeo tay bệnh nhân màu xanh	Dùng nhận diện người bệnh	200	sợi	
24	Vôi soda	Dùng trong gây mê phẫu thuật	10	hộp	
25	Nẹp gỗ	Dùng cố định	20	bộ	

26	Tấm bông vô trùng lấy dịch âm đạo (Que gòn lấy bệnh phẩm)	Mỗi que đựng trong ống riêng lẻ, hàn kín vô trùng; Dùng để lấy các mẫu vi sinh dùng trong xét nghiệm	1.000	cái	
27	Test HCV	Định tính kháng thể của virus viêm gan C trong huyết thanh hay huyết tương ở người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	500	test	
28	Đầu hút kê kê (người lớn)	Dùng trong tai mũi họng	2.000	cái	
29	Ống hút mũi trẻ em	Dùng trong tai mũi họng	500	cái	
30	Dây điện châm đầu vuông	Vật tư dùng cho máy điện châm. Chui tròn, có 4 đầu cá sấu	50	Cái	
31	Phim nha	Dùng trong X quang nha	1.000	tấm	
32	Test THC	Phát hiện chất gây nghiện THC trên mẫu nước tiểu. Thực hiện trên mẫu nước tiểu tươi Độ nhạy $\geq 99.8\%$ Độ đặc hiệu $\geq 99.9\%$ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. Cung cấp kèm que lấy mẫu.	200	test	

33	Dây 3 chia (khóa 3 ngã)	Chiều dài dây: ≥ 25 cm. Khóa Luer lock ở một đầu cho kết nối an toàn vào khóa 3 chạc ở đầu kia của ống Sử dụng một lần, vô trùng và không kích ứng gây sốt Các bộ phận của khóa 3 chạc: Thân khóa (nhựa PC); Nắp vặn (nhựa ABS)	100	cái	
34	Điện cực dán tròn	Keo dạng bột không độc hại Loại gel: Ướt Kích thước: đường kính ≥ 50 mm Hình dạng: Tròn Chất kết dính mạnh vào da, dễ dàng loại bỏ mà không làm tổn thương da	100	cái	
35	Troponin I	Test định lượng Troponin I trên máy miễn dịch bán tự động. Test dạng cassette thực hiện trên máu toàn phần (ống EDTA). - Độ nhạy $\geq 97.66\%$ - Độ đặc hiệu $\geq 96.6\%$ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	500	test	
36	Bao giày giấy (Bao giày phẫu thuật)	Chất liệu: Vải PP không dệt, Mềm mại, chắc chắn, không rách khi sử dụng. Không gây kích ứng. Có kiểm định nguyên liệu không độc tố. Dây thun cổ giày chắc chắn, co giãn tốt. Tiệt trùng.	240	cái	
Tổng cộng: 36 khoản					